



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη  
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφ.: ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
Τηλ . 213 2052 508 ή 518  
e-mail [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr)

Πεντέλη, 10/11/2025  
Αρ. Πρωτ: 13741

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για

- 1) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ PRISMA VENT AQUA ΤΗΣ LOWENSTEIN ,ποσότητα προς προμήθεια 1 τμχ
  - 2) ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ PRISMA VENT AQUA ΤΗΣ LOWENSTEIN , ποσότητα προς προμήθεια 4 τμχ
- \*\*ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ\*\***

**ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΑΔΙΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ**  
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΜΕΘ, ΤΗΛ 213-2052333 ΚΥΡΙΑ ΣΙΟΥΤΗ**

**Η αξιολόγηση θα γίνει από τους χρήστες**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

| A/A | ΕΙΔΟΣ | Μονάδα μέτρησης | Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ | Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ | ΦΠΑ | Τελική Τιμή | Κωδικός Παρατηρητηρίου | Τιμή Παρατηρητηρίου |  |
|-----|-------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----|-------------|------------------------|---------------------|--|
| 1   |       |                 |                        |                         |     |             |                        |                     |  |

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr), έως **ΔΕΥΤΕΡΑ 17/11/2025 & ώρα 09:00** .

**Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης**

**Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**

Εξωτερικός υγραντήρας Prisma VENT AQUA της Lowenstein

#### **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Να έχει τρεις τρόπους λειτουργίας

1. NHW – Χωρίς θερμαινόμενο σωλήνα και αισθητήρα θερμοκρασίας
2. HWC – Θερμαινόμενο κύκλωμα αλλά χωρίς αισθητήρα θερμοκρασίας
3. HWT – Θερμαινόμενο σωλήνα και αισθητήρα θερμοκρασίας

Να έχει αυτόματο εντοπισμό συνδεδεμένου κυκλώματος με το άνοιγμα της συσκευής

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ποικίλους μη επεμβατικούς αναπνευστήρες

Φιλικό προς τον χρήστη

3 επίπεδα ύγρανσης

Ένδειξη κατάστασης

Εγγύηση 2 χρόνια

Να έχει στα περιεχόμενα Συσκευασίας του

- ❖ Καλώδιο τροφοδοτικού
- ❖ Αισθητήρα θερμοκρασίας 160cm
- ❖ Καλώδιο σύνδεσης θερμαινόμενου σωλήνα
- ❖ Οδηγίες Χρήσης