



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Π Πεντέλη

Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών

Πληροφ.: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ

Τηλ . 213 2052 508 ή 518

Πεντέλη, 11/11/2025

Αρ. Πρωτ.: 13784

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην άμεση προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για την προμήθεια :

**ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ ΑΥΛΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.300 ΕΥΡΩ
ΣΥΜΠ ΦΠΑ , ποσότητα προς προμήθεια 1 τμχ**

**ΣΧΕΤ.ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ 13244/29-10-2025 ΑΔΑ 9ΔΦΑ469Η24-ΡΣ2 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ**

***επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΒΟΙΑΤΡΙΚΗ):ΚΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 213 2052 511-513

Η αξιολόγηση θα γίνει από την επιτροπή βάσει της ΥΠ.ΑΡΙΘΜ 13244/29-10-2025 ΑΔΑ 9ΔΦΑ469Η24-ΡΣ2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητ ηρίου	Τιμή Παρατηρητ ηρίου	
1	ΥΛΙΚΑ								

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών σε κλειστό φάκελο με αριθμό πρωτοκόλλου από την Γραμματεία του Νοσοκομείου, στον οποίο απαραίτητως θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του αιτήματος μέχρι και την ΔΕΥΤΕΡΑ 17/11/2025 και ώρα 14.30

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΑΥΛΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

- Ο συγκολλητής σωλήνων να λειτουργεί με εναλλασσόμενη τάση δικτύου (220volt $\pm 10\%$, 50/60Hz).
- Να έχει μικρό βάρος <3 κιλά για να είναι πολύ εύκολο στις μετακινήσεις και να είναι μικρό σε διαστάσεις πλάτος έως ~ 80 χιλιοστά, μήκος έως ~350 χιλιοστά
- Να ανιχνεύει την ύπαρξη σωλήνωσης και κάνει τη συγκόλληση αυτόματα χωρίς να απαιτείται η πίεση ειδικού ελάσματος αλλά να γίνεται με τη χρήση οπτικού αισθητήρα.
- Να πραγματοποιεί τέλειες συγκολλήσεις για εύκολο διαχωρισμό των σωλήνων.
- Να πραγματοποιεί αυτοδιαγνωστικό έλεγχο με την έναρξη λειτουργίας του και να διακόπτει την λειτουργία του αν θεωρήσει κάτι εκτός προδιαγραφών λειτουργίας, ελαχιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα λάθους.
- Να έχει ειδική θωράκιση από ειδικά επεξεργασμένο μέταλλο για την προστασία των παρευρισκομένων από τις υψίσυχνες συχνότητες τις οποίες δημιουργεί.
- Να έχει την δυνατότητα να σφραγίζει όλους τους τύπους αυλών από πολυβινυλικό χλωρίδιο(PVC) για διαμέτρους έως 6,2 χιλιοστά και από EVA για διαμέτρους έως 4,15 χιλιοστά.
- Η διάρκεια της συγκόλλησης να διαρκεί έως 3 δευτερόλεπτα.
- Να διαθέτει φωτεινές ενδείξεις τόσο για την κατάσταση λειτουργίας (συγκόλληση, έτοιμο για συγκόλληση) όσο και για την περίπτωση σφάλματος η οποία σε περίπτωση που ανιχνευτεί κάποια δυσλειτουργία να ανάβει και ο τρόπος με τον οποίο ανάβει να μας υποδεικνύει το είδος του σφάλματος.
- Η κεφαλή συγκόλλησης να αποσπάται εύκολα για καθαρισμό από τον χρήστη χωρίς να απαιτείται κανένα εργαλείο και να επανατοποθετείται εξίσου εύκολα.
- Η εταιρεία να διαθέτει τμήμα τεχνικής υποστήριξης για την κάλυψη της συσκευής και διαθέσιμη συσκευή αντικατάστασης έως την επισκευή σε περίπτωση βλάβης.
- Να πληρεί τις προδιαγραφές CE
- Η διάρκεια της εγγύησης να είναι τουλάχιστον 2 έτη.

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ