



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 23-12-2025
Αρ πρωτ.: 15672

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για,

- **ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΩΡΛ, ποσότητα προς προμήθεια ένα (1)τμχ., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, που ακολουθούν**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - ISO ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κος ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ) τηλ. 213 2052 513

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδας χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρηρίου	Τιμή Παρατηρηρίου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΔΕΥΤΕΡΑ 29-12-2025 & ώρα 12:00**.

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ
2. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΡΕΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΟ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
3. ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ
4. ΝΑ ΕΧΕΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 6000 kelvin
5. ΝΑ ΕΧΕΙ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 30.000lux
6. ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ LED ΠΕΡΙΠΟΥ 50.000 ώρες
7. ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 4 ώρες
8. ΝΑ ΕΧΕΙ light spot ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΑ 300mm
9. ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 190g
10. ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
11. Η ΜΕΙΟΔΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΥ8δ/Γ.Π./1348/2004 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.
12. Η ΜΕΙΟΔΟΤΡΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ISO 13485: 2016 & ISO 13485: 2016 & ISO 9001: 2015