



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη

Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών

Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ

Τηλ . 213 2052 508 ή 518

e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

ΠΕΝΤΕΛΗ, 10-12-2025

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 15056

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για

- ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ, Ως εξής:**

A. Οδηγός δύσκολης διασωλήνωσης με δυνατότητα προδιαμόρφωσης.

Οδηγός δύσκολης διασωλήνωσης με ατραυματικό και υπό γωνία άκρο με δυο οπές για χορήγηση οξυγόνου στα μεγέθη, που είναι για ενδοτραχειακούς από $\geq 3.0\text{mm}$ I.D..

Να είναι εύπλαστος και να μπορεί να προδιαμορφωθεί πριν τη χρήση του και να φέρει ενδείξεις ανά εκατοστό από τα 5 cm έως τα 30/40 cm.

Στη συσκευασία να περιλαμβάνονται 2 συνδετικά οξυγόνου, το ένα για σύνδεση με σωλήνα οξυγόνου και το άλλο συνδετικό με διάμετρο 15mm O.D. .

Να είναι μιας χρήσεως αποστειρωμένο, Latex free και DEHP free.

A) Με μήκος περίπου 65 cm, διάμετρο 11fr και να είναι κατάλληλος για μεγέθη σωλήνων από $\geq 4.5\text{ mm ID}$, **ποσότητα προς προμήθεια 4 τμχ.**

B) Με μήκος περίπου 65 cm, διάμετρο 15fr και να είναι κατάλληλος για μεγέθη σωλήνων από $\geq 6.0\text{ mm ID}$, **ποσότητα προς προμήθεια 4 τμχ.**

Γ) Με μήκος περίπου 40 cm, διάμετρο 8fr και να είναι κατάλληλος για μεγέθη σωλήνων από $\geq 3.0\text{ mm ID}$. (Στο μέγεθος αυτό, δεν υπάρχει δυνατότητα αερισμού), **ποσότητα προς προμήθεια 4 τμχ.**

B. Οδηγός αλλαγής ενδοτραχειακού σωλήνα

Εύκαμπτος οδηγός αλλαγής ενδοτραχειακού σωλήνα με δυνατότητα αερισμού και με ατραυματικό άκρο , το οποίο να έχει χρωματική ένδειξη στο άκρο για καλύτερη οπτικοποίηση εντός της στοματικής κοιλότητας.

Να μπορεί να προ διαμορφωθεί πριν τη χρήση του και να φέρει συνδετικά για τη χορήγηση οξυγόνου, είτε διαμέτρου 15mm O.D., είτε για σύνδεση του με σωληνάκι οξυγόνου.

- 1) 11fr και μήκος 80cm για ενδοτραχειακούς $\geq 4.0\text{ mm I.D.}$, **ποσότητα προς προμήθεια 4 τμχ.**
- 2) 14fr και μήκος 80cm για ενδοτραχειακούς $\geq 5.0\text{ mm I.D.}$, **ποσότητα προς προμήθεια 4 τμχ.**
- 3) 19fr και μήκος 80cm για ενδοτραχειακούς $\geq 7.0\text{ mm I.D.}$, **ποσότητα προς προμήθεια 4 τμχ.**

Γ. Λαρυγγική μάσκα δεύτερης γενιάς.

Λαρυγγική μάσκα δεύτερης γενιάς η οποία να έχει ενσωματωμένο σωλήνα πρόσβασης στο στομάχι ο οποίος καταλήγει σε 2 οπές για τοποθέτηση καθετήρα Levin ή καθετήρα αναρρόφησης.

Να έχει τη δυνατότητα διασωλήνωσης με κοινό ενδοτραχειακό σωλήνα ο οποίος ελέγχεται από ινοπτικό βρογχοσκόπιο και να είναι κατασκευασμένη από σιλικόνη με σωλήνα που φέρει την απαιτούμενη γωνίωση για επιτυχή τοποθέτηση, ελεύθερη από Latex και φθαλικές ενώσεις (DEHP).

Να φέρει σωλήνα πλήρωσης του Cuff ανεξάρτητο του αεραγωγού ο οποίος διαθέτει τεχνολογία cuff pilot για συνεχή οπτική παρακολούθηση και ρύθμιση της πίεσης του αεροθαλάμου.

Να διαθέτει ενσωματωμένο bite block, σύστημα σταθεροποίησης για να αποτρέπεται η μετατόπιση και να επιτυγχάνει πιέσεις φραγής, οι οποίες είναι μεγαλύτερες από την πίεση φραγής (32cm H₂O) που επιτυγχάνει η πρώτη υπεργλωττιδική συσκευή δεύτερης γενιάς LMAProSeal.

Να είναι αποστειρωμένη και διαθέσιμη σε μεγέθη 3.0, 4.0 και 5.0., **ποσότητα προς προμήθεια 10 τμχ.**

Δ. Σετ κρικοθυρεοτομής με την τεχνική του καθετήρα πάνω στη βελόνα

Δύο σετ διαδερμικής κρικοθυρεοτομής, σύμφωνα με την τεχνική του καθετήρα πάνω στη βελόνα.

Ο καθετήρας/αεραγωγός να έχει εσωτερική διάμετρο (I.D.) 2.0mm, **ποσότητα προς προμήθεια 1 τμχ.** και 4.0mm **ποσότητα προς προμήθεια 1 τμχ.**, αντίστοιχα που να επιτρέπουν επαρκή, παροδικό αερισμό και να φέρουν στοπ με κλιπ ασφαλείας για να μειώνεται το ρίσκο τραυματισμού του οπίσθιου τραχειακού τοιχώματος ενώ εισάγεται η βελόνα στην τραχεία.

Να φέρει φακαρόλα σταθεροποίησης, να είναι μιας χρήσεως και να είναι αποστειρωμένο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : δ/ντρια κα ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ τμ. ΚΑΙ κα ΒΡΕΤΤΟΥ, ΤΗΛ 213 2052 200, 221

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΤΡΙΤΗ 16-12-2025 & ώρα 09:00 .**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται και στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης.

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ