



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ**

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 28/01/2026
Αρ πρωτ.: 979

ΘΕΜΑ: Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για,

- ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (oxygen analyzer – ΟΞΥΓΟΝΟΜΕΤΡΟ), ποσότητα προς προμήθεια 1 τμχ., εκτιμώμενου προϋπολογισμού ~ 650,00€ συμπεριλ. Φπα, ως οι συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: *κος ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ) τηλ. 213 2052 511*
ΜΕΘ : *Δ/ΝΡΙΑ Δρ κα ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ τηλ. 213 2052 331,333*

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησ ης	Τιμή Μονάδ ος χωρίς ΦΠΑ	Συνολι κή τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικό ς Παρατ ηρητη ρίου	Τιμή Παρατ ηρητη ρίου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

promitheion@paidon-pentelis.gr, **έως ΤΡΙΤΗ 3/2/2026 & ώρα 09:00.**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

*****ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ*****

ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
(ΟΞΥΓΟΝΟΜΕΤΡΟ)**

- Η συσκευή να προορίζεται αποκλειστικά για τη μέτρηση της συγκέντρωσης οξυγόνου σε μείγματα αερίων και αέρα.
- Η μέτρηση να γίνεται στο άνοιγμα του αισθητήρα.
- Η συσκευή πρέπει να βαθμονομείται τακτικά (σε καθαρό αέρα = 20,95% κατ' όγκο % O₂) για να λαμβάνονται ακριβείς μετρήσεις.
- Να έχει εύρος μέτρησης τουλάχιστον 0–100% O₂ .
- Να έχει ανάλυση τουλάχιστον 0,1% O₂ .
- Να έχει ακρίβεια τουλάχιστον $\pm 1\%$ ή καλύτερη.
- Να έχει χρόνο απόκρισης (response time / T90) τουλάχιστον <300 ms για χρήση σε αναπνευστικό κύκλωμα παιδιατρικών ασθενών.
- Να διαθέτει αισθητήρα τεχνολογίας τουλάχιστον παραμαγνητικού ή ισοδύναμης σταθερότητας και ταχύτητας.
- Να διαθέτει ρυθμιζόμενους συναγερμούς υψηλού και χαμηλού O₂ , με ηχητικές και οπτικές ειδοποιήσεις.
- Να συμμορφώνεται τουλάχιστον με τα πρότυπα ISO 80601-2-55 και IEC 60601-1 / -1-2 / -1-8.
- Να διαθέτει τουλάχιστον μία αναλογική έξοδο (4–20 mA ή ισοδύναμη) και μία ψηφιακή θύρα επικοινωνίας (π.χ. RS232/USB/Ethernet).
- Να διαθέτει οθόνη ευανάγνωστη, με ένδειξη % O₂ και κατάσταση alarm.
- Να λειτουργεί σε τυπικές συνθήκες ΜΕΘ (θερμοκρασία περίπου 15–40°C, υγρασία έως 95% μη συμπυκνούμενη).
- Να διαθέτει εσωτερική μπαταρία με αυτονομία τουλάχιστον 1 ώρας για χρήση κατά μετακινήσεις ασθενούς.
- Να επιτρέπει εύκολη βαθμονόμηση (calibration) και να απαιτεί ελάχιστη συντήρηση.
- Να καθαρίζεται με συνήθη νοσοκομειακά απολυμαντικά χωρίς φθορά.
- Να έχει δυο(2) χρόνια εγγύηση.

- Η μειοδότητρια εταιρεία να συμμορφώνεται με την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π./1348/ 2004 για την διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
- Η μειοδότητρια εταιρεία να έχει ISO 13485: 2016 και ISO 9001: 2015
- Να είναι ετοιμοπαράδοτο.