



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 31/03/2026
Αρ. Πρωτ: 3923

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για

ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΞΟΔΟΥ(3-WAY) , εκτιμώμενη ποσότητα προς προμήθεια 3.000 τμχ

*****ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ*****

ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ , ΤΗΛ 213-2052425-840
Η αξιολόγηση θα γίνει από την επιτροπή ΥΓ.ΥΛΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

| A/A | ΕΙΔΟΣ | Μονάδα μέτρησης | Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ | Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ | ΦΠΑ | Τελική Τιμή | Κωδικός Παρατηρηρίου | Τιμή Παρατηρηρίου | |
|-----|-------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----|-------------|----------------------|-------------------|--|
| 1 | | | | | | | | | |

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΔΕΥΤΕΡΑ 06/04/2026 & ώρα 09:00 .**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στρόφιγγες 3 δρόμων, πλαστικές που να διαθέτουν θέση stop ανα 45 μοίρες, με θέση on/off ώστε να προσφέρουν τη δυνατότητα της οπτικής και ακουστικής αίσθησης όταν το συνδετικό είναι ανοικτό ή κλειστό για ασφαλή ενδοφλέβια χορήγηση. Το υλικό θα πρέπει να επιτρέπει τη χρήση λιπιδίων και χημειοθεραπευτικών παραγόντων. να έχουν αυξημένη αντίσταση στο σπάσιμο και χαμηλό όγκο γεμίσματος. Να είναι latex free, αποστειρωμένα με β ακτινοβολία, να είναι μιας χρήσης με ξεχωριστή συσκευασία ανα τεμάχιο και να φέρουν καπάκια σύνδεσης με χρωματική κωδικοποίηση για χρήση σε φλέβα ή αρτηρία.