



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 23-3-2026
Αρ. Πρωτ: 3654/24-3-2026

ΘΕΜΑ: Α' Επαναληπτική Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των ειδών , με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για την παρακάτω προμήθεια

- **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.600 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%** ως οι τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κα Μαμούρα Τμήμα ΩΡΛ τηλ. 213 2052223

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρηρίου	Τιμή Παρατηρηρίου	
1	ΥΛΙΚΑ								

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ώρα 9ΠΜ**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

*****ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ*****

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**Διαστάσεις Κλινών 2,10Χ0,90cm**

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
1	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	<ul style="list-style-type: none"> • Από φυσικό λάτεξ (καουτσούκ), ανατομικό, εύκαμπτο, αντιμικητιακό και αντιβακτηριακό, υποαλλεργικό • Κατάλληλο για ασθενή βάρους τουλάχιστον 120 Kg • Πυκνότητα 85% • Να είναι ελαφρύ και εύκαμπτο, ώστε να προσαρμόζεται σε ανύψωση του ερεσινωτού. • Πάχος στρώματος έως 12cm • Να φέρει σήμανση CE και να προσφέρει ετή εγγύηση καλής λειτουργίας για το υλικό του.
2	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ	<ul style="list-style-type: none"> • Το στρώμα να φέρει αδιάβροχο επικάλυμμα κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση μεγάλης αντοχής, βραδύκαυσο, εύκολως πλενόμενο και απολυμαινόμενο.

3	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	<ul style="list-style-type: none"> • Οι κατασκευάστριες εταιρείες να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων ISO 10993 (απουσία τοξικότητας και αλλεργιογόνων ουσιών) ISO 12952 (αντοχή στη φωτιά)
---	-------------	--