



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη  
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφ.: ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Τηλ . 213 2052 508 ή 518  
e-mail [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr)

Πεντέλη, 11-3-2026  
Αρ. Πρωτ: 3258/16-3-2026

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Ανάθεσης Υπηρεσίας Εξωσυμβατικού Είδους**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του είδους , με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για την παρακάτω προμήθεια

- «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΣΤΥΠΤΗΡΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ CALOR NO1**»  
προϋπολογιζόμενη δαπάνης **500,00€** ΦΠΑ 24%, ως οι τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ** Κος Παπουτσής τηλ. 213 2052555

**Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρηρίου	Τιμή Παρατηρηρίου	
1	ΥΛΙΚΑ								

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

[promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr), έως **ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ώρα 9ΠΜ**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

**Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**

**\*\*\*ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ\*\*\***

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Αντικείμενο το έργου αποτελεί η επισκευή του στυπτηρίου ιματισμού CALOR No 1 του Νοσοκομείου.

Οι εργασίες που θα πρέπει να γίνουν περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:

1. Αποξήλωση του συγκροτήματος ηλεκτροκινητήρα-φυγοκεντρικού κομπλερ από τη μηχανή.
2. Αποσυναρμολόγηση του φυγοκεντρικού κομπλερ, αντικατάσταση των μηχανικών ασφαλειών στους πείρους έδρασης των σιαγόνων παραλαβής και μετάδοσης κίνησης.
3. Επανασυναρμολόγηση του κομπλερ και επανατοποθέτηση του συγκροτήματος στη μηχανή, με λίπανση.
4. Τέλος, τεχνικές ρυθμίσεις - λειτουργικός έλεγχος με τη μηχανή σε λειτουργία και παραγωγή.

Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να επισκεφθεί το νοσοκομείο, προκειμένου να προβεί σε δικές του ακριβείς μετρήσεις και να λάβει βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία την οποία θα προσκομίσει με την προσφορά του.