



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη  
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφ.: **ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**  
Τηλ . 213 2052 508 ή 518

Πεντέλη, 11/03/2026  
Αρ. Πρωτ : 2952

**ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Υποβολής προσφορών για εξωσυμβατικό είδος.**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, κατόπιν συλλογής προσφορών για,

- 1) ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2 WAY Νο 10, ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ, ποσότητα προς προμήθεια 50 ΤΜΧ.
- 2) ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2 WAY NO 12, LATEX ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ, ποσότητα προς προμήθεια 50 ΤΜΧ
- 3) ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2 WAY NO 16, LATEX ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ, ποσότητα προς προμήθεια 50 ΤΜΧ
- 4) ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2 WAY Νο 6, ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ, ποσότητα προς προμήθεια 50 ΤΜΧ
- 5) ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2 WAY Νο 8, ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ , ποσότητα προς προμήθεια 50 ΤΜΧ

**\*\*\*ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ LATEX\*\*\***

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΤΗΛ 213-2052388 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

**ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ**

**Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚή τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητήριου	Τιμή Παρατηρητήριου
1								

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. . Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail, [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr)

**μέχρι και την ΔΕΥΤΕΡΑ 16/03/2026 και μέχρι τις 09:00**

**Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης**

**Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**

**\*\*\*\* ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ LATEX\*\*\*\***

- 1) Να φέρουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να μην είναι μαλθακό, ώστε να μην συμπίπτει με τη χρήση τους.
- 2) Ο υδροθάλαμος να είναι ανθεκτικός στις πιέσεις
- 3) Να φέρουν βαλβίδα υδροθαλάμου ασφαλή και ελαστική