



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: **ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**
Τηλ . 213 2052 508 ή 518

Πεντέλη, 05/03/2026
Αρ. Πρωτ : 2686

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Υποβολής προσφορών για εξωσυμβατικό είδος.

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, κατόπιν συλλογής προσφορών για,

ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ&ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΧΕΡΙ , ποσότητα προς προμήθεια 8 ΛΙΤΡΑ.

*****ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ*****

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΤΗΛ 213-2052388 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚή τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητήριου	Τιμή Παρατηρητήριου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. . Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail, promitheion@paidon-pentelis.gr

μέχρι και την ΤΡΙΤΗ 10/03/2026 και μέχρι τις 09:00

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

***** ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ *****

Να περιέχει τουλάχιστον 4 ένζυμα για να εξασφαλίζεται η μέγιστη καθαριστική δράση του βιολογικού φορτίου με χρόνο δράσης 1 λεπτό.

- Να έχει ουδέτερο ή ελαφρά αλκαλικό pH
- Να έχει ευχάριστο άρωμα για να καλύπτει τη δυσσομία του αίματος
- Να μην προκαλεί φθορά στα εργαλεία και τα ενδοσκόπια
- Να είναι χαμηλού αφρισμού και να ξεπλένεται εύκολα
- Να είναι κατάλληλο για χρήση στο χέρι και σε πλυντήριο υπερήχων.

Να φέρει αναλυτικό φυλλάδιο χρήσης του προϊόντος στα ελληνικά.

- Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία με δοσομετρική αντλία.
- Να είναι καταχωρημένο σε ΕΜΧΠ και να φέρει σήμανση CE.