



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη  
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφ.: ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
Τηλ . 213 2052 508 ή 518  
e-mail [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr)

Πεντέλη, 07/04/2026  
Αρ. Πρωτ: 4308

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για

- 1) ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ποσότητα προς προμήθεια 50 τμχ
- 2) ΡΙΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ, ποσότητα προς προμήθεια 50 τμχ
- 3) ΡΙΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ, ποσότητα προς προμήθεια 50 τμχ

**\*\*ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ\*\*  
ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΑΔΙΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΜΕΘ, ΤΗΛ 213-2052333 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΘ**

**Η αξιολόγηση θα γίνει από τους χρήστες**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρηρίου	Τιμή Παρατηρηρίου
1								

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

[promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr), έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/04/2026 & ώρα 09:00 .

**Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης**

**Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****Τεχνικές Προδιαγραφές Γραμμές Καπνογραφίας****Γραμμή Καπνογραφίας με ενσωματωμένο υδροφοβικό βακτηριολογικό φίλτρο για διασωληνωμένους ασθενείς.**

Να συνδέεται με τον ενδοτραχειακό σωλήνα σε παιδιά και ενήλικες. Ο νεκρός χώρος του προσαρμογέα αεραγωγού σε ενήλικες/παιδιατρικοί ασθενείς να είναι  $\leq 6$  ml.

Να διαθέτει ενσωματωμένο υδροφοβικό βακτηριολογικό φίλτρο.

Να διαθέτει ειδική τεχνολογία για την απομάκρυνση του υγρού από το δείγμα αερίου, αντί της συλλογής του σε υδατοπαγίδα ή της παρεμπόδισής του μέσω ενσωματωμένου φίλτρου.

Να διαθέτει χαμηλές ροές δειγματοληψίας έως και 50 ml/min.

Να μην περιέχει ελαστικό λατέξ.

Να είναι συμβατό με το Μόνιτορ Philips που διαθέτει η μονάδα μας.

**Ρινική Γραμμή Καπνογραφίας με ενσωματωμένο υδροφοβικό βακτηριολογικό φίλτρο.**

1. Η λήψη CO<sub>2</sub> και παροχής οξυγόνου να πραγματοποιείται μέσω ρινική διάταξη κατάλληλο για χρήση σε παιδιά.

2. Να διαθέτει ενσωματωμένο υδροφοβικό βακτηριολογικό φίλτρο.

3. Να διαθέτει ειδική τεχνολογία για την απομάκρυνση του υγρού από το δείγμα αερίου, αντί της συλλογής του σε υδατοπαγίδα ή της παρεμπόδισής του μέσω ενσωματωμένου φίλτρου.

5. Να μην περιλαμβάνει ελαστικό λατέξ.

6. Να είναι συμβατό με το Μόνιτορ Philips που διαθέτει η μονάδα μας.

**Ρινική Γραμμή Καπνογραφίας και παροχή οξυγόνου με ενσωματωμένο υδροφοβικό βακτηριολογικό φίλτρο.**

1. Η λήψη CO<sub>2</sub> και παροχής οξυγόνου να πραγματοποιείται μέσω ρινική διάταξη κατάλληλο για χρήση σε παιδιά.

2. Να διαθέτει ενσωματωμένο υδροφοβικό βακτηριολογικό φίλτρο.

3. Να διαθέτει ειδική τεχνολογία για την απομάκρυνση του υγρού από το δείγμα αερίου, αντί της συλλογής του σε υδατοπαγίδα ή της παρεμπόδισής του μέσω ενσωματωμένου φίλτρου.
4. Να διαθέτει σωλήνας παροχής οξυγόνου. Ο σωλήνας να είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε να επιτρέπει τη συνεχή και ακριβή δειγματοληψία και παροχή οξυγόνου, ακόμη και σε περίπτωση κάμψης (στρέβλωσης).
5. Να μην περιλαμβάνει ελαστικό λατέξ.
6. Να είναι συμβατό με το Μόνιτορ Philips που διαθέτει η μονάδα μας.

**Στόματο-Ρινική Γραμμή Καпноγραφίας με ενσωματωμένο υδροφοβικό βακτηριολογικό φίλτρο.**

1. Η λήψη CO<sub>2</sub> και παροχής οξυγόνου να πραγματοποιείται μέσω στόματο-ρινική διάταξη κατάλληλο για χρήση σε παιδιά.
2. Να διαθέτει ενσωματωμένο υδροφοβικό βακτηριολογικό φίλτρο.
3. Να διαθέτει ειδική τεχνολογία για την απομάκρυνση του υγρού από το δείγμα αερίου, αντί της συλλογής του σε υδατοπαγίδα ή της παρεμπόδισής του μέσω ενσωματωμένου φίλτρου.
5. Να μην περιλαμβάνει ελαστικό λατέξ.
6. Να είναι συμβατό με το Μόνιτορ Philips που διαθέτει η μονάδα μας.