



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη,
Αρ πρωτ.: 4063/1-4-2026

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για,

- **ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΜΕΓΕΝΘΥΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ, ποσότητα προς προμήθεια 1 τμχ., εκτιμώμενου προϋπολογισμού ~ 150,00€ συμπεριλ. Φπα, ως οι συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κος ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ) τηλ. 213 2052 511

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητήριου	Τιμή Παρατηρητήριου
1								

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητήριου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΤΡΙΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026 & ώρα 9ΠΜ**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

*****ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ*****

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΥ ΦΑΚΟΥ LED

- Η Πηγή φωτός να είναι LED
- Η φωτεινότητα Lumens να είναι τουλάχιστον 700
- Τα Lux στα 15cm να είναι τουλάχιστον από 5.300 έως 3.000
- Η Θερμοκρασία χρώματος να είναι από 6.500K και πάνω
- Η Κατανάλωση ενέργειας να είναι τουλάχιστον 11W
- Το Χρώμα να είναι Ανοιχτό γκρι η Λευκό
- Η Ονομαστική διάρκεια ζωής LED (ώρες) να είναι τουλάχιστον 50.000
- Το Dimmer αφής να είναι τουλάχιστον 2 βημάτων: 5.300 / 3.000
- Ο Φακός Ø να είναι τουλάχιστον 17cm
- Το Υλικό του φακού να είναι Γυαλί
- Να έχει τουλάχιστον Μεγέθυνση με 3 διόπτρες (1,75X)
- Το Ύψος να είναι τουλάχιστον από 40 cm
- Το Πλάτος να είναι τουλάχιστον από 50 cm
- Το Βάρος του να είναι το περισσότερο 3 kg
- Η Ανάδοχος εταιρεία να έχει τα ISO 13485 , 9001 και 14001
- Ο Συγκεκριμένος εξοπλισμός να έχει σήμανση CE.
- Να είναι άμεσα παραδοτέο.