

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
 Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
 Πληροφ.: ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 Τηλ . 213 2052 508 ή 518
 e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 27/05/2026
 Αρ. Πρωτ: 6615

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

**ΣΕΤ ΙΝΑΣ ΛΕΙΖΕΡ,
 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΑΔΙΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ**

****ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 2 ΤΜΧ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ Τηλ 213-2052522-383 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ και κ.ΒΕΛΩΡΑΣ 213-2052221

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΤΕΤΑΡΤΗ 03/06/2026 & ώρα 09:00 .**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.
 Να αναγράφεται και στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Παρακαλώ να μας προμηθεύσετε με 2 ΣΕΤ από τα κάτωθι υλικά που θα χρειαστούν σε ασθενείς της χειρουργικής κλινικής για επίμονο συρίγγιο κοκκυγικής χώρας, που θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά.

Ζητείται σετ ίνας λέιζερ με καθετήρα εισαγωγής για συρίγγια κύστης κόκκυγος, που να διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά:

- 1) Τεχνολογία ακτινικής εκπομπής 360°.
- 2) Εξωτερική διάμετρο 1.8 mm.
- 3) Η ίνα να είναι μαρκαρισμένη για να διευκολύνει τις εφαρμογές, να έχει απλό μαρκάρισμα κάθε 1 cm, και πολλαπλό κάθε 10 cm, καθώς και μεγάλο μαρκάρισμα ως προειδοποίηση του τέλους της ίνας.
- 4) Να συνοδεύεται με γεννήτρια λέιζερ για την εφαρμογή του προϊόντος.
- 5) Να διατίθεται προς χρήση και ο σχετικός συνοδός εξοπλισμός γεννήτρια laser, γυαλιά προστασίας, διαστολέας/πρωκτοσκόπιο, καθετήρας/μήλη αποστράγγισης συριγγίου, βουρτσάκια καθαρισμού/νεαροποίησης 2 τύπων, κυκλικά μαχαιρίδια 9 τύπων διαφορετικών διαμέτρων.