



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 25/05/2026
Αρ. Πρωτ: 6401

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για

- 1) ΣΕΤ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ
ΑΝΤΟΧΗΣ, ποσότητα προς προμήθεια 200 τμχ**
**2) ΣΕΤ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟ
ΣΩΛΗΝΑ ΜΗΚΟΥΣ 1,10 ΚΑΙ ΑΣΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ,ποσότητα προς προμήθεια
200 τμχ**

****ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**
ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΑΔΙΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΗΛ 213-2052540 ΚΥΡΙΕΣ
ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ ΒΡΕΤΟΥ**

Η αξιολόγηση θα γίνει από τους χρήστες

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρηρίου	Τιμή Παρατηρηρίου
1								

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΤΡΙΤΗ 02/06/2026 & ώρα 14:30** .

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σετ αναπνευστικού κυκλώματος για παιδιά

Σετ αναπνευστικού κυκλώματος με τρίτο σωλήνα μήκος 1,10 και ασκό. Το σετ να περιλαμβάνει τα παρακάτω σε μια ενιαία συσκευασία.

1) Σετ αναπνευστικού κυκλώματος ασθενούς μιας χρήσης, για παιδιά, υψηλής ποιότητας και συμβατότητας με τους αναπνευστήρες, χωρίς latex και χωρίς PVC. Το κύκλωμα να διαθέτει :

- Δύο σωλήνες μόνιμου μήκους 1.50 μ.
- Άκρες ασφαλείας κατασκευασμένες κατά ISO (15mm)
- Συνδετικό Υ και συνδετικό γωνιώδες

Επιπλέον να είναι :

- Κατασκευασμένο σε απόλυτα καθαρούς χώρους ή αποστειρωμένο
- Προς χρήση σε έναν ασθενή, για 7 ημέρες
- Χαμηλής αντίστασης, μικρότερης των 1mbar στα 30 L/min
- Χαμηλής ενδοτικότητας (Compliance) μικρότερη του 0,8 ml/mbar στα 30 mbar
- Χαμηλής διαρροής μικρότερης των 50 ml/min στα 60 mbar

2) Σετ ασκού αναισθησίας μιας χρήσεως, κατασκευασμένο σύμφωνα με το ISO 80601-2-13:2022 , μήκους 1.1m, χωρίς latex, με ασκό 1 λίτρου, κατάλληλο για παιδιά. Επιπλέον να είναι:

- Χαμηλής αντίστασης μικρότερης των 0,4 mbar στα 30 L/min
- Χαμηλής ενδοτικότητας μικρότερης των 0,3 ml/mbar στα 30 mbar

Σετ αναπνευστικού κυκλώματος για ενήλικες

Σετ αναπνευστικού κυκλώματος ασθενούς κατάλληλο για αναισθησία, για ενήλικες, υψηλής ποιότητας, μεγάλης αντοχής και συμβατότητας με τα μηχανήματα αερισμού. Το κύκλωμα να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το ISO ISO 80601-2-13:2022, χωρίς latex και χωρίς PVC. Το κύκλωμα να αποτελείται από:

- Δύο σωλήνες μόνιμου μήκους 1.80 μ. (εισπνοής και εκπνοής)
- Ένα σωλήνα μόνιμου μήκους 1.50μ για την σύνδεση του ασκού διατομής 22mm
- Ασκό 2 Λίτρων, χωρίς latex
- Συνδετικό Υ και συνδετικό γωνιώδες, με θύρα δειγματοληψίας Luer Lock

Επιπλέον να είναι :

- Να είναι κατασκευασμένο σε απόλυτα καθαρούς χώρους ή αποστειρωμένο, σε ατομική συσκευασία.
- Χαμηλής αντίστασης μικρότερης των 1,4 mbar στα 60 L/min
- Χαμηλής ενδοτικότητας μικρότερης των 2,7 ml/mbar στα 60 mbar
- Χαμηλής διαρροής μικρότερης των 50 ml/min στα 60 mbar