



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη  
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ  
Τηλ . 213 2052 508 ή 518  
e-mail [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr)

Πεντέλη, 30-04-2026  
Αρ. Πρωτ: 5199

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για

- **ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ IV 8.5cm x 11.5cm, ποσότητα προς προμήθεια 50 τμχ., ως οι συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.**

**ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ**  
**Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

ΠΛΗΡΟΦ.: ΠΡΟΙΣ/ΝΗ ΜΕΘ τηλ. 213 2052 333

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:**

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρηρίου	Τιμή Παρατηρηρίου
1								

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr), έως **ΔΕΥΤΕΡΑ 11-05-2026 & ώρα 09:00** .

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

**Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**

**\*\*\*ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ\*\*\***

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ Ι.Υ. ( ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ)

- ❖ Να προσφέρονται σε αποστειρωμένη, ανά τεμάχιο συσκευασία.
- ❖ Να είναι πορώδεις, υποαλλεργικό, αδιάβροχο δημιουργώντας φραγμό ώστε να προστατεύει από εξωτερικούς μολυσματικούς παράγοντες.
- ❖ Να μη δημιουργεί ερεθισμό στο σημείο παρακέντησης.
- ❖ Να διαθέτει διαφανή μεμβράνη για πρώιμη αναγνώριση τυχόν επιπλοκών.
- ❖ Να διαθέτει ενσωματωμένη στο αυτοκόλλητο γλυκονική χλωρεξιδίνη (CHG) προκειμένου να προσφέρει αντιμικροβιακή προστασία. Να μην απαιτείται πρόσθετη υγρασία για να ενεργοποιηθεί.
- ❖ Να διαθέτει μεγάλη αυτοκόλλητη λωρίδα ταινίας με εγκοπή ώστε να προάγει τη σταθερή εφαρμογή.
- ❖ Να έχει απλό σύστημα διάθεσης που να επιτρέπει την τοποθέτηση με το ένα χέρι.
- ❖ Να αφαιρείται εύκολα και ανώδυνα.
- ❖ Να είναι Latex free
- ❖ Να διατίθεται σε διάσταση:  
8,5εκ χ 11,5 εκ