



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη  
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφ.: ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
Τηλ . 213 2052 508 ή 518  
e-mail [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr)

Πεντέλη, 25/05/2026  
Αρ. Πρωτ: 6396

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για

- 1) ΜΑΣΚΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο3, ποσοτητα προς προμήθεια 2 ΤΜΧ
- 2) ΜΑΣΚΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ποσοτητα προς προμήθεια 2 τμχ
- 3) ΜΑΣΚΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο4, ποσοτητα προς προμήθεια 2 ΤΜΧ
- 4) ΜΑΣΚΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο2, ποσοτητα προς προμήθεια 2 ΤΜΧ
- 5) ΜΑΣΚΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο1, ποσοτητα προς προμήθεια 2 τμ

**\*\*ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ\*\***  
**ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΑΔΙΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΗΛ 213-2052540 ΚΥΡΙΕΣ ΒΡΕΤΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΟΥΤΗ**

**Η αξιολόγηση θα γίνει από τους χρήστες**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρηρίου	Τιμή Παρατηρηρίου
1								

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

[promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr), έως **ΤΡΙΤΗ 02/06/2026 & ώρα 14:30**.

**Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης**

**Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

### **Μάσκες αναισθησίας και αερισμού 2,3,4,5 .**

Οι μάσκες:

- Να έχουν κατάλληλο σχήμα για ανατομική προσαρμογή και αποτελεσματικό σφράγισμα.
- Να διαθέτουν ενίσχυση κατά μήκος της ρινικής γραμμής, ώστε το σημείο σύνδεσής τους με το κύκλωμα του ασθενούς να παρουσιάζει αυξημένη αντοχή τόσο στην κάμψη όσο και στη βύθιση που προκαλείται από την πίεση κατά την εφαρμογή.
- Να είναι εύκαμπτες, μαλακές, με διαφανές σώμα, το οποίο να παρέχει άνετη συγκράτηση.
- Να είναι ανθεκτικές, σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες
- Να αποστειρώνονται σε κλίβανο ατμού.
- Τα μεγέθη μάσκας 2 έως 5 να προορίζονται για σύνδεση σε προϊόν με εξωτερική διάμετρο 22 mm (0,87 in)