



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 19/05/2026
Αρ. Πρωτ: 6076

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για

- **ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΦΙΑΛΗΣ**, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.500,00€ ΧΩΡΙΣ ΝΑ συμπεριλαμβ. ΦΠΑ, ως οι τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κα Ψιμουλη τηλ. 213 2052 5565-513

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή	Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρήριου	Τιμή Παρατηρήριου	
1	ΥΛΙΚΑ									

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

promitheion@paidon-pentelis.gr, έως ΔΕΥΤΕΡΑ 25/05/2026 & ώρα 9:00 .

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

*****ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ*******ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ****1. Αντικείμενο του έργου**

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η προμήθεια ρυθμιστών πίεσης, αντιστατικών εύκαμπτων σωλήνων και βυσμάτων για τις φιάλες του εφεδρικού δικτύου παροχής ιατρικών αερίων των χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Παιδων Πεντέλης.

2. Πίνακας υπό προμήθεια υλικών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Ρυθμιστής φιάλης οξυγόνου με δύο μανόμετρα 30m ³ /h	4 τεμ.
Ρυθμιστής φιάλης ιατρικού αέρα με δύο μανόμετρα 30m ³ /h	2 τεμ.
Ρυθμιστής φιάλης Πρωτοξειδίου με δύο μανόμετρα 30m ³ /h	2 τεμ.
Αντιστατικός εύκαμπτος σωλήνας οξυγόνου	20 μέτρα (4τεμ.χ5 μέτρα/τεμ.)
Αντιστατικός εύκαμπτος σωλήνας πρωτοξειδίου	10 μέτρα (2τεμ.χ5 μέτρα/τεμ.)
Αντιστατικός εύκαμπτος σωλήνας ιατρικού αέρα	10 μέτρα (2τεμ.χ5 μέτρα/τεμ.)
Γωνιακό βύσμα AFNOR οξυγόνου	8 τεμ.
Γωνιακό βύσμα AFNOR πρωτοξειδίου	4 τεμ.
Γωνιακό βύσμα AFNOR αέρα	4 τεμ.

- Οι ρυθμιστές θα πρέπει να δέχονται μέγιστη πίεση εισόδου 200 bar, να διαθέτουν ρυθμιζόμενη πίεση εξόδου 0-10 bar και να είναι σύμφωνοι με τα πρότυπα: EN ISO 10524-1, EN 837-1, EN ISO 14971 και EN ISO 15001.
- Οι αντιστατικοί εύκαμπτοι σωλήνες θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τα πρότυπα: EN ISO 5359 και EN ISO 15001.

- Τα γωνιακά βύσματα AFNOR θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα: NF S 90-116, FD S 90-119 και EN ISO 15001 καθώς και συμβατά με τις υφιστάμενες λήψεις AFNOR του Νοσοκομείου.
- Όλα τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό MDR 2017/745.
- Οι ρυθμιστές θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για το αντίστοιχο ιατρικό αέριο και συμβατοί με τους υφιστάμενους τύπους συνδέσεων φιαλών του Νοσοκομείου.

3. Γενικοί Όροι

Για τη σύνταξη της προσφοράς τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκεφθούν και να μελετήσουν τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις μετά από προηγούμενη συνεννόηση με τη Τεχνική Υπηρεσία από την οποία θα λάβουν τη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» την οποία θα προσκομίσουν απαραίτητως με τη προσφορά τους.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τεχνικά φυλλάδια και πιστοποιητικά συμμόρφωσης των προσφερόμενων υλικών με τα αναφερόμενα πρότυπα.

Ο ανάδοχος θα παραδώσει και θα εγκαταστήσει τα υπό προμήθεια υλικά στις φιάλες του εφεδρικού δικτύου παροχής ιατρικών αερίων των χειρουργείων του Νοσοκομείου έπειτα από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία με δικά του έξοδα.

Ο Συντάξας