



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 24/06/2026
Αρ. Πρωτ: 7973

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για

- 1) ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ LMA SUPREME N1, ενδεικτική ποσότητα προς προμήθεια 40 τμχ
- 2) ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ LMA SUPREME N1,5, ενδεικτική ποσότητα προς προμήθεια 40 τμχ
- 3) ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ LMA SUPREME N2, ενδεικτική ποσότητα προς προμήθεια 40 τμχ
- 4) ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ LMA SUPREME N2,5 ενδεικτική ποσότητα προς προμήθεια 40 τμχ
- 5) ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ LMA SUPREME N3, ενδεικτική ποσότητα προς προμήθεια 40 τμχ.
- 6) ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ LMA SUPREME N4 ενδεικτική ποσότητα προς προμήθεια 40 τμχ.

ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΙΟΥΤΗ, ΤΗΛ
213-2052540

****ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****

Η αξιολόγηση θα γίνει από τους χρήστες

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου
1								

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΔΕΥΤΕΡΑ 29/06/2026 & ώρα 09:00** .

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως**

Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως από PVC, με την απαιτούμενη γωνίωση περίπου 90° για ευκολότερη τοποθέτηση με Cuff διπλής φραγής με δυνατότητα να περάσει Levin για εκκένωση στομάχου και δυνατότητα αερισμού με θετική πίεση μέχρι 37 cm H₂O το οποίο να επιβεβαιώνεται από κλινική μελέτη. Να διαθέτει πλαϊνά πτερύγια στην εσωτερική πλευρά του cuff τα οποία σε συνδυασμό με τον αυλό για Levin (ο οποίος να είναι ομοαξονικά του σωλήνα αερισμού) να λειτουργούν ως επιγλωττιδικές μπάρες ώστε να αποφεύγεται η απόφραξη του σωλήνα αερισμού της λαρυγγικής μάσκας από τυχόν κατάσπαση της επιγλωττίδας. Να έχει ενσωματωμένο Bite Block, σωλήνα πλήρωσης του Cuff ανεξάρτητος του αεραγωγού και σύστημα σταθεροποίησης για να αποτρέπεται η μετατόπιση. Να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex.