



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ. Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΙΑΚΟΥ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr,

Πεντέλη, 25/06/2026
Αρ. Πρωτ.: 8052

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για

- **ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ, ποσότητα προς προμήθεια 20τμχ., ως εξής:**

ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΑΙΜΑΤΗΡΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΑ ΑΚΡΟ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΦΕΡΕΙ ΘΑΛΑΜΟ ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΛΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΜΠΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 48" (115 cm) .

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΥΟ STOP COCK ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 2 ΤΡΟΠΟΥΣ ΜΕ ΕΚΠΛΥΣΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΚΥΣΜΟ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΛΗΡΟΦ. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜ. τηλ. 213 2052 540 ΚΑ ΣΙΟΥΤΗ

Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών , δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω **e-mail**, promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΤΕΤΑΡΤΗ 01/07/2026 & ώρα 09:00.**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ