



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ
Τηλ . 213 2052 508, 518
e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

ΑΔΑ

Πεντέλη, 04-06-2026
Αρ. Πρωτ.: 7035

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για,

***ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΕΟΤΟΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΩΝ, για ασθενή πάσχουσα από ιδιοπαθή σκολίωση, ως εξής:**

- Να είναι κατάλληλο για επιλεκτική, ασφαλή και ελεγχόμενη κοπή των οστών, ενώ παράλληλα να προστατεύει τους παρακείμενους μαλακούς ιστούς. Να διαθέτει περισσότερα από 10 αποστειρωμένα ακρόδια οστεοτόμου μιας χρήσης και των σωληνώσεών τους.
- Να διαθέτει ακρόδιο κατάλληλο για προσπελάσεις ελάχιστης επεμβατικής χειρουργικής (MIS).
- Να λειτουργεί σε συνδυασμό με πιεζοηλεκτρικά διεγερόμενες χειρολαβές αποδιδόμενης συχνότητας μέχρι και 22.5kHz.
- Η χειρολαβή να φέρει εσωτερική οπή για άμεση έκχυση φυσιολογικού ορού στην περιοχή για αποφυγή της αύξησης της θερμοκρασίας.
- Να διαθέτει τεχνολογία Tissue Selectivity, αναγνωρίζοντας τους μαλακούς ιστούς και προστατεύοντας κατά την κοπή του οστού τη μήνιγγα.
- Οι ενσωματωμένες σωληνώσεις να διαθέτουν μαγνητικές επαφές για την αυτόματη αναγνώριση και ρύθμιση των συστημάτων άρδευσης και αναρρόφησης, απλοποιώντας έτσι τη διαδικασία προετοιμασίας της επέμβασης.
- Το σύστημα να διαθέτει δική του αυτόνομη αναρρόφηση.
- Το σύστημα να φέρει ασύρματο ποδοδιακόπτη, διευκολύνοντας τη χρήση από τον γιατρό.
- Μέσω αυτόματης αναγνώρισης διαφορετικών συστημάτων, η ίδια γεννήτρια, εκτός της λειτουργίας του υπερηχητικού οστεοτόμου, να υποστηρίζει τη λειτουργία του υπερηχητικού αναρροφητήρα και λειτουργία καθαρισμού τραύματος.

Πιθανή ημερομηνία χειρουργείου 17-06-2026

ΠΛ/ΡΙΕΣ : ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΤΗΛ. 213 2052 522.
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ κα ΠΑΣΠΑΤΗ τηλ. 213 2052 314, 410

A	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρηρίου	Τιμή Παρατηρηρίου
1							

ΑΔΑ: Ψ66Ω469Η24-ΚΝΖ
Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. .
Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.
(Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών & μέσω e-mail
promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΤΕΤΑΡΤΗ 10-06-2026 & ώρα 09:00 .**

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ