



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ. Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΙΑΚΟΥ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr,

Πεντέλη, 17-06-2026
Αρ. Πρωτ.: 7569

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για

- **ΑΚΑΜΠΤΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ (ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ), προς προμήθεια ΔΥΟ (2) τμχ., ως οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν,.**

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΠΛΗΡΟΦ. ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ τηλ. 213 2052 584

Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών , δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω **e-mail**, promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΔΕΥΤΕΡΑ 22-06-2026 & ώρα 09:00 .**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

*****ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ*****

1. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΟΡΑΣΕΩΣ 0° (1τμχ.) και 30° (1τμχ.), διαμέτρου 2,9mm και μήκους 302mm.
2. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΤΣΑΛΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ
3. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ STORZ
4. ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΕΙΚΟΝΑ (υψηλής ανάλυσης)
5. ΝΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΘΗΚΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ
6. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΑ (ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ)
7. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO, CE