



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ. Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΙΑΚΟΥ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr,

Πεντέλη, 17-06-2026
Αρ. Πρωτ.: 7571

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για

- **ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ποσότητα προς προμήθεια ΕΝΑ (1) τμχ., ενδεικτικού προϋπολογισμού 900,00€, ως οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν,.**

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΛΗΡΟΦ. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜ. τηλ. 213 2052 540 κα ΣΙΟΥΤΗ

Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών , δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω **e-mail**, promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΔΕΥΤΕΡΑ 22-06-2026 & ώρα 09:00 .**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

*****ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ*****

ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΙV ΚΟΝΤΑΡΙ, ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑ ΓΙΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ 4 ΑΘΟΥΒΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ:

1. ΔΟΜΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
2. 5 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ
3. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΙV ΚΟΝΤΑΡΙ
4. ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
5. ΚΑΔΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
6. ΔΟΧΕΙΟ ΑΙΧΜΗΡΑ
7. ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ
8. 4 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΘΟΥΒΟΙ ΤΡΟΧΟΙ
9. ΥΨΟΣ 88cm (185μ.εγ.), ΠΛΑΤΟΣ 67cm (96μ.εγ.), βάθος 50εκ.