



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών

Αρ πρωτ.: 10047/13-08-2026

Πληροφ.: ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για,

- **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΨΗΦΙΑΚΑ ΦΟΡΗΤΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΠΠ προϋπολογιζόμενης δαπάνης 500,00€ συμπεριλαμβ. ΦΠΑ**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κος ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ) τηλ. 213 2052 511

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητήριου	Τιμή Παρατηρητήριου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

promitheion@paidon-pentelis.gr, έως ΔΕΥΤΕΡΑ 24/08/2026 & ώρα 9.00μ.μ.

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ
ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**

- Να έχει Μέτρηση θερμοκρασίας σώματος, περιβάλλοντος και επιφανειών
- Να έχει Υγιεινή και ασφαλής - μέτρηση με υπέρυθρες χωρίς επαφή με το δέρμα
- Να έχει Μέτρηση σε δευτερόλεπτα
- Να έχει Συναγερμό θερμοκρασίας: από 38 ° C
- Να Εμφανίζει μετρήσεις σε ° C και ° F
- Να έχει Απόσταση μέτρησης έως 2 - 3 cm
- Να έχει Ακρίβεια μέτρησης: Μέτωπο: $\pm 0,2$ ° C (στους 34 ° C - 42,2 ° C)
- Να έχει τουλάχιστον 60 θέσεις μνήμης (θερμοκρασία σώματος)
- Να έχει Αυτόματη απενεργοποίηση
- Να έχει Προαιρετικό ακουστικό σήμα όταν ολοκληρωθεί η μέτρηση
- Να Λειτουργεί με 2 μπαταρίες AAA 1,5V (να περιλαμβάνονται)
- Να έχει Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
- Να έχει Βάρος έως 70 gr
- Να έχει εγγύηση τουλάχιστον 3 έτη

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ